

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem:

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory – opakované řízení

(dále jen „Veřejná zakázka“)

mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „Zákon“), podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013.

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ČÍSLO 1

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovením v článku 2.3.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě žádosti o dodatečné informace, zadavatel sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky takto:

Dotaz č. 1: Obdrželi jsem Výzvu k podání nabídky – viz. Výše a v zadání, dle našeho názoru, chybí jedna položka:

Jedná se o síťové napájení, trafo, stabilizované – bez tohoto komponentu není možné zvětšovací přístroje použít; vzhledem k tomu, že je požadavek na dodání 7 ks zvětšovacích přístrojů, měla by specifikace dodávky obsahovat i těchto 7 ks stabilizovaných síťových zdrojů.

Jakým způsobem můžeme tuto položku nabídnout nad rámec uvedené specifikace.

Odpověď zadavatele: S ohledem na to, že se v případě zvětšovacích přístrojů jedná o plně funkční celek, jsou specifikovány pouze technické parametry přístroje nikoli části, bez kterých by přístroj nebyl funkční, takovouto částí je stabilizovaný síťový zdroj. Rozumí se tím tedy, že stabilizovaný síťový zdroj je nedílnou součástí přístroje a jako takový musí být i zahrnut v ceně přístroje.

V Brně, dne 4. 8. 2015

.....
JUDr. Michal Šilhánek, IK consult s.r.o.